

POWIAT WŁOCŁAWSKI

Wyjaśnienie wraz ze zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego

Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:

Zakup aparatu USG na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku

Nr zamówienia: **ZP.272.1.18.2020**

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, stosownie dla zamówień o równowartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tejże ustawy.

Włocławek, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **zakup aparatu USG na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku** wykonawca zwrócił się do zamawiającego o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy, przekazuję treści zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuję zmiany treści SIWZ:

W dniu 24.08.2020 r. jeden z wykonawców zwrócił się z zapytaniami o następującej treści:

Pytania:

„Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1. Zamawiający w pkt. 104, 111 i 119 opisuje:

Możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów z pkt.103

Możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów z pkt.72.

W powyższych punktach opisane są inne funkcjonalności niż oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów.

Prosimy o potwierdzenie, że opisane oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów dotyczy pkt. 74:

Obrazowanie naczyń do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyńkach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania $FR > 50$ obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm na głowicach convex, linia, endocavity.

2. Dotyczy paragrafu 5 pkt. 5

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu tego punktu na:

„wykonawca przed odbiorem, o którym mowa w ust. 1 zapewni przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego przedstawicieli (w ilości dowolnej) personelu medycznego do obsługi i bieżącej konserwacji Urządzenia w miejscu dostawy, montażu i uruchomienia Urządzenia, co zostanie potwierdzone protokołem z przeprowadzonego szkolenia (podpisanym przez Strony). Protokół z przeprowadzonego szkolenia należy załączyć do protokołu odbioru.”

Odpowiedzi:

Ad. 1. Zamawiający potwierdza, że opisane oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów dotyczy pkt. 74 i zmienia treść Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SIWZ jak w załączniku do niniejszego wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ.

Ad. 2. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Roman Gołębiewski
Starosta Włocławski

Załącznik:

- Zaktualizowany Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SIWZ.

Otrzymują:

1. wykonawcy, którzy zwrócili się o wyjaśnienie treści SIWZ
2. wszyscy wykonawcy, którym zamawiający przekazał SIWZ

Do zamieszczenia:

- na stronie internetowej zamawiającego



STAROSTA
Roman Gołębiewski